

Ispravak tehničkih specifikacija, stavak 2.2

**POZIVA na dostavu ponuda za postupak Nabave laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočala) - nabava Sklerometra u okviru UKF projekta 04/2017**

Zahtijevana udarna snaga sklerometra: 2.000 – 3.000 Nm (umjesto 2000 – 3000 Nm).

Korekcije su napravljene u dokumentaciji: DON sklerometar\_ispravak, Troskovnik Sklerometar\_ispravak i ažurirane na internetskoj stranici 06. srpnja 2018.